

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 5 期（总第 11 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 6 月 14 日

2022 年 6 月 7 日，为切实做好实验室安全工作，实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查。本次安全检查主要针对的重点内容是：1. 易制毒药品的贮藏管理；2. 废液的存储是否规范；3. 通风橱通风管道是否老化。存在问题的实验室要求限期整改。

一、主要存在隐患和共性问题

1. 通风橱的通风管道存在老化现象；
2. 仪器使用完未及时拔出插头；
3. 废液桶未按要求置于托盘上；
4. 插线板置于试验台或地面，未悬挂固定；
5. 超净工作台未张贴“注意紫外线”标识。



碧野楼 F102



校医院 407



逸夫生物楼 403

三、实验室问题清单

实验室房号	责任人	研究所	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	大型仪器平台	仪器线路裸露，未归纳整理	整理线路并加装保护管道	6月14日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	草类植物育种与种子研究所	易制毒药品管理不规范	使用药品时登记台账	6月14日	已整改
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚		灭菌锅使用记录未及时登记	建议使用时登记	6月14日	已整改
碧野楼 803	张吉宇 谢文刚		仪器插头未及时拔出	建议使用完毕后拔出仪器插头	6月14日	已整改
碧野楼 505	王静 吴淑娟	草业系统元素利用与管理研究所	烘箱间距过小	建议调整烘箱位置或加装空调以降低室内温度	6月20日	正在整改

碧野楼 401	侯扶江 常生华	草畜生 产系统 调控研 究所	冰箱存在安 全隐患且使 用年限过久	建议更换 冰箱	6月14日	已整改
碧野楼 601	沈禹颖 杨倩	农区草 业研究 所	废液桶未放 置托盘	建议放置 托盘	6月14日	已整改
碧野楼 804	李发弟 翁秀秀	反刍动 物研究 所	通风橱管道 老化	建议及时 更换通风 管道	6月14日	已整改
校医院 407	段廷玉 古丽君	草地保 护研究 所	超净工作台 未贴“注意紫 外线”标识	建议张贴 相关标识	6月14日	已整改
逸夫生 物楼 403	王锁民 未丽	草类植 物逆境 生理与 遗传改 良研究 所	插板未悬挂 固定、超净工 作台未贴“注 意紫外线”标 识	建议固定 插板并张 贴相关标 识	6月14日	已整改